



Organisme belge d'Accréditation
Belgische Accreditatieinstelling
Belgische Akkreditierungsstelle
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

Bijlage bij accreditatiecertificaat
Annexe au certificat d'accréditation
Annex to the accreditation certificate
Beilage zur Akkreditierungszertifikat

595-CAL

EN ISO/IEC 17025:2017

Versie / Version / Version / Fassung	8
Geldigheidsperiode / Validité / Validity / Gültigkeitsdauer	2025-01-12 – 2030-01-11

Maureen Logghe

Voorzitster van het Accreditatiebureau
La Présidente du Bureau d'Accréditation
Chair of the Accreditation Board
Vorsitzende des Akkreditierungsbüro

De accreditatie werd uitgereikt aan / L'accréditation est délivrée à /
The accreditation is granted to / Die akkreditierung wurde erteilt für:

Infralab bv
Starrenhoflaan 44/5
2950 Kapellen

Calibration and Measurement Capabilities						
BELAC 6-017 code	Grootheid/ Meettoestel	Meetbereik	Uitgebreide meetonzekerheid (*)	Opmerkingen	Kalibratieprocedure/- methode	Activiteit uitgevoerd in volgende activiteitencentra
1.5.6	Draadzeven	L: 0.020 mm tot 125 mm	$(0.6 + \sqrt{1.7 L/mm}) \mu m$		ISO 3310-1	Kapellen
1.5.6	Plaatzeven	L: 4 mm tot 125 mm	$(0.6 + \sqrt{1.7 L/mm}) \mu m$		ISO 3310-2	Kapellen
(*) de kleinste meetonzekerheid die het laboratorium aan zijn klanten kan bieden, uitgedrukt als de uitgebreide onzekerheid met een dekkingswaarschijnlijkheid van ongeveer 95%.						

Calibration and Measurement Capabilities						
BELAC 6-017 code	Grootheid/ Meettoestel	Meetbereik	Uitgebreide meetonzekerheid (*)	Opmerkingen	Kalibratieprocedure/- methode	Activiteit uitgevoerd in volgende activiteitencentra
1.7.2	Balansen	Van 1 g tot 39 kg	1.2 mg tot 1.4 g	D.m.v. vergelijking met ijkgewichten OIML van klasse M1	INF-P-200	on site
(*) de kleinste meetonzekerheid die het laboratorium aan zijn klanten kan bieden, uitgedrukt als de uitgebreide onzekerheid met een dekkingwaarschijnlijkheid van ongeveer 95%.						